

ФМБА РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центральная медико-санитарная часть № 15
Федерального медико-биологического
агентства»
(ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России)

Российская Федерация, 456770, Челябинская область, город
Снежинск, улица Дзержинского, дом 13
телефон/телефакс (35146) 92450
e-mail: cmsch-15@mail.ru, cmsch15@fmbamail.ru
ОКПО 21645089, ОГРН 1027401350800,
ИНН/КПП 7423003855/742301001
от 29.07.2025 г. № 02-07/19

Разъяснение на запрос к электронному аукциону 0369100008525000213

Расходные материалы для болюсного инъектора MEDRAD Salient

Текст запроса:

По описанию объекта закупки, требуются расходные материалы к инъекционным системам MEDRAD Salient.

Совместимость с инъекционной системой MEDRADSalient производства «IMAXEON Pty Ltd» серийный №510010, 2021 года выпуска, имеющейся в наличии у заказчика - соответствие	<i>Для обеспечения совместимости с инъекционной системой MEDRADSalient имеющимся в наличии у заказчика. Оборудование находится на гарантийном обслуживании</i>
--	--

В тоже время в описании объекта закупки установлены показатели

Объем шприца: ≥ 200 мл	<i>Обусловлено техническими характеристиками инъекционной системы</i>
Длина магистрали: ≥ 1800 мм	<i>Обусловлено техническими характеристиками инъекционной системы</i>

При сопоставлении этих требований прослеживается прямое несоответствие закупаемого расходного материала к имеющему у заказчика оборудованию согласно эксплуатационной документации на оборудование*, а так же прописание характеристик одного конкретного производителя**.

***Система инъекционная MEDRAD Salient** с принадлежностями имеет регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12881 от 15.02.2024, уникальный номер реестровой записи 78245.

Реестровая запись содержит Руководство по эксплуатации Системы инъекционной MEDRAD Salient, в котором производитель установил:

- пригодными для использования шприцы объемом 190 мл;

В инструкции по регистрационному удостоверению № РЗН 2019/9433 от 28.02.2024 к «оригинальным» наборам ангиографическим (*наборам того же самого производителя что и производит MEDRAD Salient) производитель определил диаметры соединительной магистрали (трубки).

5.2. Шприц-колба, трубка быстрого наполнения, шприц для заполнения и трубки коннектора

5.2.1. Описание и номер детали

Объем поставляемого шприца – 190 мл. Он пригоден для использования как для введения контрастного вещества, так и для промывки физиологическим раствором.

Стр. 44 (при пролистывании файла Руководства) или стр. 30 Руководства



Инъектор имеет набор автоматических протоколов с помощью которых выполняется процедура введения жидкости (контраст и физраствор) пациенту (* программа определяет расход жидкости, время, скорость введения, давление подачи).

Протоколы инъектора рассчитаны на те показатели характеристик расходных материалов, которые определил производитель.

При отклонении характеристик расходных материалов требуется адаптивный подход к программированию протокола введения (ручное создание протокола), что создает риски получения нечетких изображений, увеличения или повтора процедуры введения, что само по себе не благоприятно для пациента.

**** Шприцы для рентгеноконтрастных/магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора к устройствам для внутривенного введения в наборах по ТУ 32.50.50-002-04357851-2017, РУ № РЗН 2019/8789 от 30.05.2023, производства ООО «Парадигма»**

ФАС России выработана правовая позиция, согласно которой **объект закупки должен быть сформирован таким образом, чтобы совокупности характеристик товара соответствовало, как минимум, два производителя** (Письмо от 21.03.2025 № 28/26176/25, Письмо от 20.03.2025 № 28/25602/25, Письмо от 19.04.2023 № ПИ/30510/23, Письмо от 27.04.2022 № ПИ/42497/22).

Аналогичная позиция изложена, например, в решении УФАС по Пензенской области от 23.09.2020 по делу № 058/06/106-678/2020.

Кроме того, согласно ч. 2 «Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) включение заказчиком в аукционную документацию требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие спецификации использования такого товара является нарушением положений статьи 33 Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного просим внести изменения в описание объекта закупки.

На ваш запрос разъясняем:

Показатели, установленные в описании объекта закупки указанные в запросе, на дату размещения запроса не актуальны.

Объем шприца: ≥ 200 мл	Обусловлено техническими характеристиками инъекционной системы
Длина магистрали: ≥ 1800 мм	Обусловлено техническими характеристиками инъекционной системы

25.07.2025 года были внесены изменения в извещение о проведении электронного аукциона № 0369100008525000213 «Расходные материалы для болюсного инъектора MEDRAD Salient» в части описания объекта закупки

Сведения закупки ЗА

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, обл Челябинская, г.о. Снежинский, г. Снежинск, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 13, корпус 11.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ

Да

Объект закупки

Наименование товара, работы, услуги	Код позиции	Тип позиции	Единица измерения	Цена за единицу	Количество (объем работы, услуги)	Стоимость позиции
Набор инъекторный (идентификатор: 187462350)	32.50.50.190-00001178	Товар	Штука	1300.00	100	130000.00

Характеристики товара, работы, услуги (Набор ангиографический)

Наименование характеристики	Значение характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
Совместимость с инъекционной системой MEDRAD Salient производства «MEDRAD» (серийный №5210010, 2021 года выпуска, применяемый в наличии у заказчика)	соответствие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
Шприц:	$\geq 1шт$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
Объем шприца:	≥ 190 мл	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
Максимальное инъекционное давление шприца:	≥ 300 psi	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
Отсутствие патека	соответствие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
Длина магистрали:	≥ 1500 мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
Максимальное инъекционное давление магистрали:	≥ 300 psi	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
3-трубка быстрого набора:	$\geq 1шт$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
Предельная скорость введения контрастного вещества (физиологического раствора):	≥ 10 мл/с	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»
Магистраль (спираль) малого диаметра:	$\geq 1шт$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В документации об электронном аукционе Приложение №1 «Описание объекта закупки»

Итого: 130000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Ведущий специалист правового отдела

О.В.Щербина

Щербина О.В. 8 (35146) 9-26-12